

Чек-лист: ТЗ на УЗИ-аппарат по КТРУ без ошибок

Позиция каталога

- ☐ Код ОКПД-2 26.60.12.132; позиция КТРУ выбрана по типу системы (универсальная / портативная / специализированная)
- ☐ Наименование объекта закупки взято из позиции КТРУ, а не из буклета производителя
- ☐ Дата начала обязательного применения позиции проверена в ЕИС

Характеристики

- ☐ Использованы характеристики позиции КТРУ; значения выбраны из предусмотренных
- ☐ Дополнительные характеристики добавлены только с обоснованием необходимости
- ☐ Формулировки описывают функцию, а не уникальные черты одной модели («или эквивалент» при товарном знаке)
- ☐ Единицы измерения и диапазоны («не менее / не более») сверены построчно
- ☐ Комплект датчиков перечислен явно: типы, количество, назначение

Комплектация и условия

- ☐ Принадлежности (принтер, кардио/акушерские пакеты, ПО) указаны в спецификации
- ☐ Требования к монтажу, вводу в эксплуатацию и обучению персонала прописаны
- ☐ Гарантийный срок и условия сервиса зафиксированы

Проверки перед публикацией

- ☐ Национальный режим: позиция проверена по перечням ПП № 1875
- ☐ НМЦК обоснована актуальной ценовой информацией (метод анализа рынка)
- ☐ Копия действующего РУ Росздравнадзора включена в требования к заявке